

分项报价表

项目编号: CZZCJC2025106

项目名称: 常州市农业综合技术推广中心水稻产业技术集成创新中心第三批采购项目

报价单位: 人民币元


序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
1	米饭食味计	佐竹	STA1B-CN	1. 测定项目 ▲1.1 中国粳米检量线: 食味值、外观、口感。 ▲1.2 中国籼米检量线: 食味值、外观、口感。 ★1.3 日本大米检量线: 食味值、外观、硬度、黏度、平衡度。 2. 电源: AC220V, 50/60Hz; 环境温度: 15~30℃; 环境相对湿度: 30%-80% (不可结露)。 3. 测量精度: ▲3.1 食味值: 测量范围 0~100; 测量精度: 重复性误差≤2。 ▲3.2 外观: 测量范围 0~10; 测量精度: 重复性误差≤1。 ▲3.3 口感: 测量范围 0~10; 测量精度: 重复性误差≤1。 4. 测定时间: ≤60s/1 次 (压饭时间+测量时间)。 5. 测量方式: 采用近红外光和可视光波段的反射光和透射光。 6. 可储存样品数据量≥9000 个, 单样品重复数据量≥45 个。 7. 样品量: ≤8g 米饭。 8. 分光方式: 固定滤波器方式。 9. 光源: 钨丝卤光灯 (6V, 1.5A)。 10. 能够用数值 (100 分满分或 10 分满分) 表示各种	江苏	台	1	335500.00	335500.00



				指标，客观地评价米饭的质量。 11. 波长范围：540~970nm。 12. 感光器件：硅光电二极管。 13. 软件有中文语言，能够把储存的测定数据按照产地、品种、年度，以一览表形式显示在画面上，而且还能够将其打印出来。 14. 外部连接：通过 RS-232C 与电脑连接。 15. 操作方法：用电脑测定数值并显示测定结果。 16. ★配套设备及耗材： 附带零部件一套：电脑（1）、蒸饭锅（1），黑色基准板（1），白色基准板（1），冷却箱（1），滤纸（100 张），304 不锈钢罐（30），胶皮圈（100），电子天平（1），304 不锈钢手动压饭器（1），电源线（1），交换用灯泡（2），测定槽（2），洗米器具（1），计量杯（1），充填用辅助圆柱（2），304 不锈钢测定用圆环（60），辅助圈（2），不粘胶带（1），镊子（1），样品匙（2），抹布（1），吸管（1），手套（1）。					
2	电饭锅	美的	MB-WHS30C96	1. 加热方式：IH 环绕大火力，受热更均匀； 2. 尺寸及容量：≤315*260*242（mm）；3L； 3. ▲控制方式：微电脑式； 4. ▲内胆材质：5 层精钢厚釜； 5. 额定电压：111V~240V（含）（V）；额定频率 50（HZ）；功率≥1000（W） 6. 特色功能：3 种米饭口感，蜂窝内胆，食品不粘涂层，回形焖香防溢阀，6 段智能控温，11 大烹饪功能，24 小时智能预约。 7. 辅助功能：可拆卸防溢盖板，无锅沿易洁设计，顶置界面。	广东	个	20	550.00	11000.00
3	植物营	托普云	TYS-4N	1. 非破坏性测量方法，能够在不影响植物正常生长的	浙江	台	1	8260.00	8260.00





	养测定 仪	农		情况下，快速、准确地获取叶片的生理指标数据。 2. 需能够同时测定叶片的相对叶绿素含量、叶面温度、叶面湿度、氮含量。 3. 采用多点校正，确保每一次测量数据的精确性和可靠性。 4. 需内置多层抗干扰设计，需能有效屏蔽外部光线及环境温度对测量结果的影响，确保数据采集的稳定性和准确性。 5. 采用高清不小于 1.3 寸 OLED 显示屏。 6. ▲需具备数据存储功能，主机不少于 2000 条数据，并可将数据同步到仪器 app 上实现无限量保存。需具备数据计算功能：能够显示不少于 30 组测量数据的平均值、最高值和最低值。 7. 需可实现蓝牙无线传输，可与手机 APP 进行连接，数据实时同步并无限量存储测量数据。 8. 需具备电量提醒功能，当仪器电量剩余 20%时系统会进行低电量提醒，确保仪器始终处于稳定工作状态。 9. ★配套设备专用 APP，可与设备同步数据，APP 上可查看数据详情包含测量时间、叶绿素、叶面温度、氮含量、叶面湿度、样品名称、样品编号、测试地点等数据，提供便捷的数据查看、分析和管理功能，便于用户随时随地查看与导出测量结果。 10. ▲云平台支持：数据可通过 app 上传至云端平台，实现远程访问、数据管理和施肥指导，便于用户进行大数据分析与长期跟踪研究。 11. ▲数据分析功能：测量数据可在平台上以曲线图、柱状图等多种形式展示数据，同时显示样品名称、样品编号、测量时间数据等，满足用户实验数据分析要							
--	----------	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

				求。 12. 光源波长：2 个 LED 光源 13. ▲测量面积：不小于 2mm*2mm 14. 最大测量厚度：1.2mm 15. 样品插入深度：最大 12mm 16. 测量时间间隔：小于 2 秒 17. 测量参数：SPAD、叶面温度、叶面湿度、氮含量 18. 测量范围：叶绿素：0.0~99.9SPAD 、叶面温度：0~50℃、叶面湿度：0.0~99.9%RH、氮含量：0.0~99.9mg/g 19. 测量精度：叶绿素：±1 SPAD（室温下，SPAD 值介于 0~50）、叶面温度：±0.5℃、叶面湿度：±5%、氮含量：±5%，重复性要求：叶绿素±0.3SPAD 单位（室温下，SPAD 值介于 0~50）、叶面温度±0.2℃、叶面湿度±0.5%、氮含量±0.5mg/g					
4	实验室防静电凳子	小白杨	P01	1. 椅面材质：皮革。 2. ▲坐垫尺寸：直径≥330mm。 3. 底盘材质：烤漆加锥管底盘。 4. ▲气杆调节高度≥380—530mm；升降方式：气动。 5. 椅脚材质：电镀圈脚，直径≥390mm。 6. 体积电阻：10 的 5 到 9 次方；适合 1000 级无尘环境（配导电链）。	深圳	张	26	190.00	4940.00
投标总报价（人民币：元）：叁拾伍万玖仟柒佰元整									359700.00

响应人名称（加盖公章）：常州瑞齐飞电子科技有限公司

日期：2025 年 12 月 18 日