

## 分项报价表

项目编号：JSZC-320411006-ZCCZ-G2026-0005

项目名称：常州市新北区奔牛人民医院数字化透视摄影 X 射线机（DR）采购项目

报价单位：人民币元

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
1	X 射线管组件（旋转阳极）	佳能	E7869X	阳极热容量： 600KHU	日本	套	1	188000	188000
2	限束器	普利德	XSQ40	等效总滤过： $\geq$ 1mmAL	珠海	套	1	80000	80000
3	操作台	普利德	KZT70D	内存： 8G	珠海	套	1	91500	91500
4	动态平板探测器	普利德	DRF-1717W	空间分辨率： 5 Lp/mm	珠海	套	2	188000	376000
5	悬吊	普利德	ZDT40C	上下行程： $\geq$ 1500mm	珠海	套	1	106000	106000
6	摄影床	普利德	SYC30E	升降范围： $\geq$ 320 mm	珠海	套	1	94100	94100
7	胸片架	普利德	XPJ20D	上下移动行程： $\geq$ 1500mm	珠海	套	1	75900	75900
8	图像采集工作站	普利德	DRA80	检查管理、图像采集、图像浏览、报告打印等	珠海	套	1	86500	86500
9	高压发生器装置	普利德	FSQ85MRF	最大输出功率： 85kW	珠海	套	1	158000	158000

10	液晶显示器	/	P2421	尺寸：24英寸	/	套	1	22000	22000
11	配套服务设施	/	/	/	/	套	1	20000	20000
投标总报价（人民币：元）									1298000

本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 85.5 %。



投标人名称（加盖公章）：江苏弘业国际技术工程有限公司

日期：2026年5月12日